CardioChek Link® Benutzerhandbuch

Dieses Softwareprogramm ist mit den Betriebssystemen Microsoft Windows® 7, Vista und XP kompatibel.

A. Verwendungszweck

CardioChek Link® ist eine Software, die dazu verwendet wird, Testergebnisse von einem CardioChek® PA abzurufen, damit die Ergebnisse auf einem Computer gespeichert und ausgedruckt werden können. Die Software ist nicht für die Verwendung mit anderen Geräten geeignet. Auf einem Computer kann jeweils nur eine Kopie der CardioChek Link Software eingesetzt werden, auch verbindet sich ein Computer nur mit einem einzigen CardioChek PA Werden mehrere CardioChek Link Fenster geöffnet, so ist nur das erste Fenster funktionsbereit. Werden mehrere Messgeräte verbunden, so wird nur das erste Gerät erkannt.

B. Inhalt

Das CardioChek Link Paket enthält:

- CD-ROM mit der CardioChek Link Software
- Kabel zum Anschluss an den USB-Port eines Computers
- **Schnellstartanleitung**

C. Bevor Sie die CardioChek Link Software installieren

1. Schließen Sie alle anderen Programme.
2. Vergewissern Sie sich, dass das CardioChek Link-USB-Kabel nicht mit Ihrem Computer verbunden ist.

D. Installation der CardioChek Link Software

1. Legen Sie die CardioChek Link CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die Installation des Programms beginnt automatisch. Falls die Installation nicht automatisch beginnt, klicken Sie im CD-ROM-Laufwerk auf das CardioChek Link Symbol, nun wird die Installation gestartet.

2. Es wird ein **Bestätigung** angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie das Programm installieren möchten. Klicken Sie auf „Ja“ oder „Nein“. Falls CardioChek Link noch nie auf Ihrem Computer installiert wurde, wird diese Meldung nicht angezeigt.


Bestätigung
Bestätigung
QSetup entpackt die Dateien in das Temp Laufwerk (C:)
Benötigter Speicherplatz auf dem Temp Laufwerk ist: 8.16 MB
Freier Speicherplatz auf dem Temp Laufwerk ist: 1879.9 MB
Fortsetzen?
Ja
Nein

3. Das Installationsprogramm QSetup Installation Suite wird geladen.



4. Der **Bildschirm zur Sprachauswahl** wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie anschließend auf „OK“.

5. Der **Willkommen** erscheint. Klicken Sie auf „Weiter“; um die Installation fortzusetzen.


CardioChek®
Willkommen
Willkommen beim CardioChek Link Installationsprogramm. Dieses Programm installiert CardioChek Link auf Ihrem Computer.
Es wird dringend empfohlen, alle Windows-Programme vor dem Start dieses Installationsprogramms zu beenden.
Drücken Sie Abbruch , um das Setup zu verlassen und die entsprechenden Programme zu beenden. Drücken Sie Weiter um die Installation fortzusetzen.
WARNUNG: Dieses Installationsprogramm ist durch internationale Verträge urheberrechtlich geschützt. Unbefugte Vervielfältigung und Verteilung dieses Programms oder Teile hiervon werden zivilrechtlich und strafrechtlich mit größtmöglicher Konsequenz verfolgt.
http://www.cardiochek.com/professional
< Zurück
Weiter >
Abbruch
PTS
Manufacturer of the CardioChek Systems

6. Auf dem nächsten Bildschirm wird die **Endanwender-Lizenzvereinbarung angezeigt.** Wenn Sie „Ja“ wählen und auf „Weiter“ klicken, wird die Installation fortgesetzt. Wenn Sie auf „Nein“ klicken, können Sie die Software nicht installieren.


CardioChek®
Lizenzvereinbarung
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig.
Drücken Sie die BILD-RUNTER-Taste um den Rest der Vereinbarung zu lesen.
Endanwender-Lizenzvereinbarung für CardioChek® Link
WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Diese Endanwender-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung" oder "EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder als juristischer Person) und Polymer Technology Systems, Inc. ("PTS"), der für jedwede Nutzung der CardioChek® Link Software (die "Software"), welche dem CardioChek® beiliegt, sowie alle gedruckten oder elektronischen Dokumentationen gilt, die der Software beiliegen (die "Dokumentation"). INDEM SIE UNTEN AUF DIE SCHALTFLÄCHE "JA" KLICKEN ODER DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER ANDERWEITIG VERWENDEN,
JA - Ich bin mit den Aussagen dieser Vereinbarung einverstanden!
NEIN - ICH BIN NICHT einverstanden mit dieser Vereinbarung!
http://www.cardiochek.com/professional
< Zurück
Weiter >
Abbruch
PTS
Manufacturer of the CardioChek Systems

7. Der **„Lies mich“** Bildschirm erscheint. Lesen Sie die einzelnen Schritte durch und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.


CardioChek
Lies mich
Lies mich
Lies mich
1. Nach Installation der CardioChek Link Software und der Gerätetreiber verbinden Sie bitte das Kabel mit dem CardioChek und stecken danach den USB-Stecker in die USB-Schnittstelle Ihres Computers
2. Warten Sie bis Windows die neue Hardware erkannt hat und dann die Installation abschließt.
3. CardioChek Link ist fertig installiert, sobald Ihr Computer sagt "Neue Hardware ist installiert..."
http://www.cardiochek.com/professional/
< Zurück
Weiter >
Abbruch
PTS
Manufacturer of the CardioChek Systems

8. Der **Bildschirm „Wählen Sie das Zielverzeichnis“** wird angezeigt. Sie können entweder das Standardverzeichnis wählen, das angezeigt wird, oder auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ klicken, um ein anderes Verzeichnis zu wählen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.


CardioChek
Wählen Sie das Zielverzeichnis
Wählen Sie das Zielverzeichnis
Setup installiert CardioChek Link in das folgende Verzeichnis.
Um in dieses Verzeichnis zu installieren, drücken Sie Weiter.
Um in ein anderes Verzeichnis zu installieren, drücken Sie Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis.
Zielverzeichnis
Durchsuchen ...
C:\Programme\CardioChek Link
Benötigter Speicherplatz: 5.71 MB
Verfügbarer Speicherplatz: 1894.2 MB
http://www.cardiochek.com/professional
< Zurück
Weiter >
Abbruch
PTS
Manufacturer of the CardioChek Systems

9. Der Bildschirm **„Programmsymbol“** wird angezeigt, hier können Sie wählen, ob Sie eine Verknüpfung zur CardioChek Link Software auf dem Desktop und/oder in der Schnellstartleiste einrichten möchten. Klicken Sie die Felder an, um die entsprechenden Verknüpfungen auszuwählen, falls Sie keine Verknüpfungen einrichten möchten, lassen Sie die Felder einfach leer. Klicken Sie auf „Weiter“.



10. Der Bildschirm **„Bestätigung der Einstellungen des Setup“** erscheint. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation fortzusetzen. Um Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf „Zurück“.



11. Sobald Sie auf „Weiter“ klicken, beginnt das System damit, **die Dateien zu kopieren,** nach Beendigung dieses Vorgangs wird der Bildschirm **„Dateien kopieren“** angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“, um die Software zu starten.



12. Wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und Aktualisierungen für das CardioChek Link Programm verfügbar sind, wird ein **Bestätigung** angezeigt. Klicken Sie auf „Ja“, um eine neue Aktualisierung herunterzuladen. Das Installationsprogramm QSetup Installation Suite lädt die Aktualisierungen herunter. Führen Sie die Schritte 1-11 aus, um die Aktualisierungen zu installieren.


Bestätigung
Aktualisierung
QSetup wird prüfen ob eine neue Version für CardioChek Link verfügbar ist.
Möchten Sie nach Aktualisierungen suchen und diese evtl. installieren?
Ja
Nein

13. Ein **Benachrichtigungsfenster** wird angezeigt, sobald die Software aktualisiert wurde. In diesem Fenster wird folgende Nachricht angezeigt: **„Herzlichen Glückwunsch, CardioChek Link wurde erfolgreich aktualisiert!“** Klicken Sie auf „OK“.

14. Nachdem Sie die CardioChek Link® Software und Treiber installiert haben, stecken Sie das CardioChek Link USB-Kabel in den MEMo Chip® Port (siehe Abbildung). Dann schließen Sie das Kabelende mit dem USB-Anschluss an den Computer an.



15. Wird das Fenster „Hardwareinstallation“ angezeigt, klicken Sie auf „Dennoch fortsetzen“, um die Installation fortzusetzen.

16. Warten Sie, bis Windows die neue Hardware gefunden hat und die Installation abgeschlossen ist.

17. Sobald der COMPUTER die Meldung „Neue Hardware gefunden“ anzeigt, ist CardioChek Link einsatzbereit.

E. Verwendung von CardioChek Link®

1. Sobald der CardioChek Link an Ihrem Computer angeschlossen ist, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem CardioChek PA Gerät, um das Gerät einzuschalten.

2. Starten Sie das CardioChek Link Programm auf dem Computer per Doppelklick auf das CardioChek Link Symbol oder über das Menü: Start > Programme (Alle Programme) > CardioChek Link und Klick auf das CardioChek Link Symbol. Sie können auch direkt auf das Verzeichnis Programmdateien\CardioChek Link (oder das Verzeichnis, in dem Sie die Software installiert haben) zugreifen, um das CardioChek Link-Programm zu starten. Beim ersten Öffnen von CardioChek Link wird die Meldung „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

3. Geben Sie den **Namen** und die **Identifikationsnummer der testenden Person** sowie den **Namen** und die **Identifikationsnummer des Patienten** in die entsprechenden Felder ein. **Name** und **Identifikationsnummer der testenden Person und des Patienten** sind Pflichtfelder und müssen vor dem Test eingegeben werden, um die ordnungsgemäße Identifizierung des Patienten zu gewährleisten. Neue Patientendaten müssen jedes Mal eingegeben werden, wenn ein neuer Patient getestet wird.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Testergebnisse abrufen**, um das CardioChek Link Programm auf den Empfang von Daten vom CardioChek Connect PA Gerät vorzubereiten.

5. Verwenden Sie das CardioChek Connect PA Gerät, um einen Test durchzuführen. Während das Programm CardioChek Link auf die Daten des CardioChek P.A. Geräts wartet, wird der Bildschirm **Warte auf Messdaten vom CardioChek PA** mit einem blinkenden CardioChek Herzsymbol angezeigt.



6. Sobald der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse automatisch auf dem Computerbildschirm angezeigt.



7. Sie können nun die Funktionen **Kopieren**, **Drucken** oder **Speichern** des Programms verwenden, um die Testergebnisse zu speichern und aufzuzeichnen.

8. Wählen Sie **Kopieren**, um die Testergebnisse in ein anderes Programm wie Microsoft Notepad oder Microsoft Excel einzufügen.

9. Um die Ergebnisse auszudrucken, wählen Sie die Schaltfläche **Drucken** und folgen Sie den Anweisungen Ihres Computers.

10. Um eine Kopie der Ergebnisse als Excel-Tabelle zu speichern, wählen Sie **Speichern** und geben Sie einen Dateinamen ein. Die erstellte Datei hat das CSV-Format (Comma Separated Values). Um weitere Testergebnisse in dieselbe Tabelle zu übernehmen, wählen Sie **Speichern** und geben Sie dann den selben Dateinamen wie zuvor ein, um die neuen Patientendaten und Testergebnisse hinzuzufügen. Um Daten in einer neuen Excel-Tabelle zu speichern, wählen Sie **Speichern** und geben Sie einen neuen Dateinamen ein.

11. Um eine gespeicherte Datei zu öffnen, gehen Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet und doppelklicken Sie auf die Datei. Die Datei wird automatisch in Excel geöffnen.

12. Wurde ein Test durchgeführt, bevor die Schaltfläche **Testdaten empfangen** angewählt wurde, so werden die Ergebnisse nicht auf dem CardioChek Link Bildschirm angezeigt und auf dem CardioChek PA erscheint die Meldung **DRUCKFEHLER**. Die Ergebnisse gehen **NICHT** verloren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Testdaten empfangen** und wählen Sie das Ergebnis, das Sie aus dem Menü des CardioChek PA Speichers ausdrucken oder speichern möchten. Im Benutzerhandbuch des CardioChek PA finden Sie Anweisungen für den Zugriff auf den Speicher.

13. Weitere Hinweise und Hilfe finden Sie im Drop-down-Menü **Hilfe** in der oberen linken Ecke der CardioChek Link Symbolleiste.

CardioChek Link® wird in den USA hergestellt von der Firma Polymer Technology Systems, Inc. Indianapolis, IN 46268

Wenn Sie Unterstützung mit CardioChek Link® benötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Kundenservice von PTS, Inc.:

+1-877-870-5610 (gebührenfrei innerhalb der USA)

+1-317-870-5610 (Direktdurchwahl) +1-317-870-5608 (Fax)

E-Mail: inforequest@cardiochek.com

Website: www.cardiochek.com